RELATIVAMENTE ÀS LÂMINAS REUTILIZÁVEIS DO SISTEMA GLIDESCOPE TITANIUM

Ao utilizar as lâminas reutilizáveis Titanium, seleccione o cabo de vídeo GlideScope com dois conectores circulares em plástico *(consulte a IMAGEM 1)*.

IMAGEM 1

1. LIGAR O CABO DE VÍDEO AO MONITOR E À LÂMINA

a. Seleccione o videolaringoscópio (lâmina) GlideScope apropriado para o paciente.

b. Para ligar o cabo de vídeo à entrada na parte posterior do monitor, alinhe a seta no cabo de vídeo com a seta na porta e introduza *(consulte a IMAGEM 2)*. Irá ouvir um estalido quando o cabo estiver bem ligado.

c. Para ligar a outra extremidade do cabo de vídeo à lâmina, alinhe a seta no cabo de vídeo com a seta na lâmina e introduza. Irá ouvir um clique quando o cabo estiver bem ligado.

IMAGEM 2

2. PREPARAR O SISTEMA GLIDESCOPE

a. Ligue o sistema premindo o botão Ligar *(consulte a IMAGEM 3)*.

b. Certifique-se de que o sistema está a funcionar correctamente garantindo que a imagem apresentar no monitor é a da câmara do videolaringoscópio (lâmina). Uma pequena parte da lâmina poderá ficar visível no canto superior esquerdo ou parte superior do ecrã.

c. Se necessário, deixe a desembaciador GlideScope Reveal™ aquecer durante 30 a 120 segundos.

IMAGEM 3



PARA A CONFIGURAÇÃO DAS LÂMINAS DESCARTÁVEIS DO SISTEMA TITANIUM, CONSULTE O VERSO.

GLIDESCOPE® TITANIUM

INSTRUÇÕES RÁPIDAS

RELATIVAMENTE ÀS LÂMINAS DESCARTÁVEIS DO SISTEMA GLIDESCOPE TITANIUM

Ao utilizar as lâminas descartáveis Titanium, seleccione o cabo inteligente GlideScope com dois conectores circulares em plástico e um conector metálico *(consulte a IMAGEM 1)*.

IMAGEM 1

1. LIGAR O CABO INTELIGENTE AO MONITOR E À LÂMINA

a. Seleccione o videolaringoscópio (lâmina) GlideScope apropriado para o paciente.

b. Para ligar o cabo inteligente à porta na parte posterior do monitor, alinhe a seta no conector de plástico do cabo inteligente com a seta na porta e introduza *(consulte a IMAGEM 2)*. Irá ouvir um clique quando o cabo estiver bem ligado.

c. Para ligar a outra extremidade do cabo inteligente à lâmina, alinhe a seta no conector metálico do cabo inteligente com a seta na lâmina e introduza.

IMAGEM 2



2. PREPARAR O SISTEMA GLIDESCOPE

a. Ligue o sistema premindo o botão Power *(consulte a IMAGEM 3)*.

b. Certifique-se de que o sistema está a funcionar correctamente garantindo que a imagem exibida no monitor é a da câmara do videolaringoscópio (lâmina). Uma pequena parte da lâmina poderá ficar visível no canto superior esquerdo ou parte superior do ecrã.

c. Se necessário para evitar embaciamento, deixe o LED aquecer cerca de 30-120 segundos.

IMAGEM 3



VERATHON MEDICAL
verathon.com
glidescope.com

Sede corporativa:
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, EUA
Tel.: 800.331.2313 (apenas EUA e Canadá)
Tel.: +1.425.867.1348 Fax: +1.425.883.2896

Fabricante
Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, British Columbia
Canadá, V5C 5A9

EC REP
Representante CE:
Verathon Medical (Europe) B.V.
Linnaeusweg 11
3401 MS IJsselstein, Países Baixos
Tel.: +31.30.68.70.570
Fax: +31.30.68.70.512

GlideScope, o símbolo GlideScope, Reveal, Verathon e o símbolo Verathon Torch são marcas registadas da Verathon Inc. ©2014 Verathon Inc.
Os sistemas de videolaringoscópio GlideScope possuem a marca CE de acordo com a Directiva de Dispositivo Médico e o sistema de qualidade da Verathon Inc. é um Sistema de Qualidade Certificado de acordo com as normas ISO 13485:2003.

EUSM-0594-00-60